

作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	回路計	機械番号		平成 年 月度			
ユニット	電気空気圧制御 1 (リレー制御)	分類番号	MU301-0101-2				
点 検 項 目	点 検 内 容			日 付			
				点検者			
				確認者			
「検電器」							
外観	破損箇所がない。						
表示部・音響部	低圧用・高圧用の確認をする。						
	テストボタンを用いるとネオン式は表示部が点灯することを確認する。						
	テストボタンを用いると音響式は音響部から音が出ることを確認する。						
「回路計」							
清掃状態	清掃がされている。						
本体	本体・リード棒に破損がない。						
指示部	指針が零を指している。						
電池	バッテリーテストにおいて、バッテリーが正常値である。						
抵抗測定	リード棒を短絡させると 0 Ω になる。						
(特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。							

判定種別 良好：○ 不良：×