

作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	回路計	機械番号		平成 年 月度		
ユニット	インターフェイス回路設計 1 (入力・表示回路)	分類番号	EU303-X500-3			
点 検 項 目	点 検 内 容	日 付				
		点検者				
		確認者				
清掃状態	清掃がされている。					
本体	本体・リード棒に破損がない。					
指示部	指針が零を指している。					
電池	バッテリーテストにおいて、バッテリーが正常値である。					

(特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。

(注意) 抵抗を測定する場合は、回路の電源をオフにすること。
電源が供給されている回路にテスター棒を当てた状態で、回路計のレンジを変更しないこと。
商用電源を測定する場合は、測定カテゴリ (CAT. III) を用いること。

判定種別 良好：○ 不良：×